

Vagi-パイプ

医療機器届出番号：20B1X00005000001

一般医療機器

自然開口部向け単回使用内視鏡用拡張器

用途

内視鏡用拡張器

【TLHで使用する場合】※TLH…全腹腔鏡下子宮全摘出術

- 前腔円蓋部の同定
- 尿管および子宮動脈の確認
- 切離後の伸展補助と止血
- 腔口からのリーク防止

仕様

製品コード	サイズ	包装形態
29111200	40/34×180mm	1箱1本入、 EOG滅菌済
29111210	35/29×180mm	
29111220	30/24×180mm	

新発売

リデューサー付タイプ


- 鉗子口のリーク防止のため、Vagi-パイプ本体とφ5mmデバイス用リデューサーをセットにしました。

仕様


製品コード	サイズ	備考
29111230	40/34×180mm	5mm リデューサー付
29111240	35/29×180mm	
29111250	30/24×180mm	

包装形態
1箱1セット入、EOG滅菌済

本体



リデューサー（リデューサー付タイプのみ）



本製品をご使用になる際には必ず製品に添付されている医療機器添付文書をお読みください。
医療機器添付文書には、製品の使用方法および【禁忌・禁止】事項などの重要な情報が記載されております。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8520 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地