

医療機器届出番号：20B1X00005000058
一般的名称：ガイド (37150000) 一般医療機器

CT透視ガイド下穿刺用補助器具

アイ アイ

I-Iデバイス NEO

用途


CT透視ガイド下における穿刺を
「正確・安全・迅速」に施行するための補助デバイス

特長

- 滅菌などの管理負担を軽減することを目的に、「ディスプレイタイプ」仕様となりました。
- CT透視ガイド下に穿刺をする際に術野の手の直接被曝を最小限にすることができます。
- CT透視画像上で容易に目標部位を捕らえ、正確な穿刺が可能です。


・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

【構造図】



材質 ・アーム、アジャスター：ABS
・誘導シース針管：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）

【アジャスター長さ調節】



注意：引き出し操作後の押し込み操作は行えません。

仕様

製品コード / JANコード	規格	包装形態
29050620 / 4526737293257	本体、誘導シース18G用	1箱 5本入、EOG滅菌済



製品コード / JANコード	規格	包装形態
29050630 / 4526737293264	部品:誘導シース18G用	1箱10本入、EOG滅菌済
29050640 / 4526737293288	部品:誘導シース16G用*	
29050650 / 4526737293295	部品:誘導シース21G用*	

*) は受注生産となります。